



ZHEJIANG TIANHANG BIOLOGICAL TECHNOLOGY STOCK CO.,LTD.

浙江天杭生物科技股份有限公司

文件编号: THQMS-S198-RE-02

版本号: 01

马血清质量检验报告

批号: 22090107

生产日期: 2022.09.28

有效期至: 2027.09.28

货号: 90010-8615

批量: 1184 瓶

报告单号: S-ES-202210001

检 定 项 目	《马血清质量标准》	检测结果	结论
外观	浅黄澄明、无溶血	合格	符合要求
蛋白质含量 (g/L)	50~110	63	符合要求
血红蛋白含量 (mg/L)	≤500	86	符合要求
细菌内毒素检查 (EU/ml)	≤10	<5	符合要求
无菌检查	阴性	阴性	符合要求
支原体检查	阴性	阴性	符合要求
外源病毒检测	阴性	阴性	符合要求
结论: 该批马血清检验结果均符合“马血清质量标准”要求。			

报告人/日期: 魏毅 2022.10.31

审核人/日期: 陈芳 2022.10.31



质量体系文件