

产品检验报告

Product Test Report

发送日期:202401

培养基名称	CM2215D-MH (A) 琼脂培养基	规格	BR 生物试剂				
检验部门	博奥拓达实验室	包装规格	250 克/瓶				
生产批号	202401	有效期至	2026.12				
生产日期	2024.01	计数培养基批号	202401				
检验要求	感官、理化及细菌学指标						
检验依据: 参照 SN 标准							
检验项目	标准规定	检验结果	结论				
一、感官指标							
色泽	类白色至淡黄色	淡黄色	合格				
气味	无刺激味	无刺激味	合格				
形态	粉末状	粉末状	合格				
二、理化指标							
干燥失重	≤6.0%	4.45%	合格				
凝胶强度	≥280g/cm ²	292g/cm ²	合格				
pH 值	7.2±0.2	7.26	合格				
三、细菌学指标							
菌株	接种量	菌落特征	菌落平均数	菌落回收率	结论		
		标准规定	结果	测试培养基	计数培养基	(PR≥70%)	
大肠埃希菌 CMCC(B)44102	20~200CFU	无色菌落	无色菌落	86	94	92%	合格
铜绿假单胞菌 CMCC(B)10104	20~200CFU	绿色菌落	绿色菌落	81	89	91%	合格
金黄色葡萄球菌 CMCC(B)26003	20~200CFU	黄色菌落	黄色菌落	76	81		合格
检验结论	按质量标检验: 结果符合规定。						

检验员:刘梅

复核员:刘兵

时间: 2024 年 01 月