

检验报告 Certification of Analysis

产品名称	H2021G 核酸清除剂		
产品批号	2025/11	生产日期	2025.11
规格型号	2x250 mL /瓶		
储存条件	2-8℃	有效期	12 个月
检验依据:《产品质量检验标准》			
检验项目			
检验指标	检验标准	检验结果	判定
产品外观	本产品 A 液为蓝色澄清透明液体 B 液为无色澄清透明液体	符合要求	合格
净含量	每瓶试剂含量不少于 98%	≥98%	合格
应用测试	A 液、B 液等体积混合后取 8ul 分别与 1ul RNA、500ng DNA 常温作用 5min 后电泳检 测, 应显示完全降解。	完全降解	合格
检验结果: 根据《产品质量检验标准》中检验项目进行检验, 所有检验项目均符合要求, 因此此批产品检验合格, 可入库发货。			

检验者:吴桂媚

