

## 检验报告 Certification of Analysis

|           |                           |      |             |
|-----------|---------------------------|------|-------------|
| 品名        | 透析袋 MD44MM (3500) 直径 28MM | 规格   | 5 米/卷       |
| 货号        | MD4408                    | 批次   | OK20250610U |
| 生产日期      | 2025-06-10                | 复测日期 | 2027-06-09  |
| 执行标准:企业标准 |                           |      |             |
| 分析项目      | 技术指标                      | 实测结果 |             |
| 外观        | 洁净, 无污染, 无破损, 无异物         | 通过   |             |
| 膜材质       | 再生纤维素                     | 通过   |             |
| 扁平宽度      | 44mm                      | 通过   |             |
| 厚度        | 24 $\mu$ m                | 通过   |             |
| 重金属含量     | $\leq 50$ ppm             | 通过   |             |

注: 此产品仅限用于科研, 禁止直接用于临床, 如有失误, 后果自负。

检验者: 杜冰冰

审核者:

