

检验报告 Certification of Analysis

货号: MD7713
批号: 20251114

产品名称: 透析袋 MD77MM(14000)直径 49MM

项目	标准	结果
外观	洁净, 无污染, 无破损, 无异物	通过
膜材质	再生纤维素	通过
扁平宽度	77mm	通过
平均厚度	40um	通过
重金属含量	≤50ppm	通过
结论	合格, 允许出厂	

检验者: 刘

