

成品检验报告

产品名称	豚蛋白胨	产品货号	P1194D	生产日期	2024.05.13
检验部门	北京鸿润宝顺科技有限公司质检部			检验日期	2024.05.18
批 号	240513			数 量	6T
检验标准	企业标准 Q/HDHRB0007—2018			保 质 期	三年

检验项目	项目名称	技术标准	检验结果	项目结论
【理化检验】	外 观	微黄色粉末	符合	合格
	PH 值	5.0-7.5	6.92	合格
	总 氮	≥12.0%	12.53%	合格
	氨基氮	≥2.5%	3.26%	合格
	干燥失重	≤6.0%	5.60%	合格
	炽灼残渣	≤12.0%	9.06%	合格
【微生物检验】	色素生成 试 验	金黄色葡萄球菌：阳性（黄色色素）	阳性	合格
		铜绿假单胞杆菌：阳性（绿色色素）	阳性	合格
	靛基质 试 验	大肠杆菌：阳性（玫瑰红色）	阳性	合格
		伤寒沙门氏菌：阴性	阴性	合格
	硫化氢 试 验	伤寒沙门氏菌：阳性(H ₂ S)	阳性	合格
		志加氏痢疾杆菌：阴性	阴性	合格
	灵敏度 试 验	大肠杆菌、灵敏度为 10 ⁻⁶	10 ⁻⁶	合格
		乙型溶血性链球菌、灵敏度为 10 ⁻⁶	10 ⁻⁷	合格
		革兰氏阳性杆菌、灵敏度为 10 ⁻⁴	10 ⁻⁴	合格
【检验结论】	本品参照企业标准检验项目 <u>符合</u> 技术标准检验结果为合格品			
检验员：罗丹				

