

质 检 报 告

Certificate of Analysis

产品名称：双色预染宽分子量蛋白 Marker(10-170kD)

产品货号：RD6105

EXP: 2026-8-6

检测方式：2%抽 检

检测项目：（下表）

检测项目 TEST	质检标准 Specification	检测结果 Result
外观	包装及试剂管无破损，标签正确无误，溶液无异常。	符合标准
电泳检测	1、产品标准：产品含有 7 条带，大小分别为 170, 135, 100, 75, 65, 45, 35, 25, 15, 10kd，其中 75kd 条带为橙红色条带，25kd 条带为绿色条带其余条带均为蓝色条带，双色电泳指示剂清晰。 2、对比法检测： 与公司预留的标准批次对比，片段大小位置无差异，亮度偏差不超过 5%。 3、条带分离速度： 1mm 电泳孔，上样 5ul，80V 浓缩胶 25min、120V 分离胶 70min 的条件下各个条带分离清晰。	符合标准
稳定性检测	37℃ 下 7 天无降解。	无降解

质检结论：本批次产品合格。

本产品仅用于科研，不能用于人体实验或人体治疗。如需了解更多关于此产品或对报告内容有疑问，请与我们联系。

