

产品检验报告（酶联免疫）

取样 送样 日期：2024-09-09 检验日期：09-09 报告日期：09-09 No:

品名	小鼠(Mouse)肿瘤坏死因子 α (TNF- α) ELISA 试剂盒					规格	96t	批号	202409
来源	自产	数量	3	保质期	6个月	生产日期	09-09	检验依据	公司内标
检验项目	肿瘤坏死因子 α (TNF- α)							检验结果	单项判定
外盒及标签	应完整规范，批号、有效期和规格应正确，外盒无破损							√	符合
预包被板	铝箔袋应密封，内含干燥剂，无破损和漏气							√	符合
滴瓶内液体	包括标准品、酶结合物、洗涤液、样本稀释液、显色剂A、显色剂B、终止液等应澄清，无悬浮物和沉淀							√	符合
试剂盒组件	预包被板 1块 标本稀释液 1瓶 浓缩洗涤液 1瓶 酶结合物 1瓶 终止液 1瓶 显色剂A液 1瓶 显色剂B液 1瓶 标准品 1管 说明书 1份							√	符合
液体装量	组件中每种试剂装量不低于所示含量							√	符合
标准品参考值(OD值)	0.025	0.143	0.243	0.441	0.686	1.288	√	符合	
	0.027	0.146	0.239	0.437	0.694	1.285			
样本检测值(OD值)	0.354	0.507	0.468				√	符合	
批间差	不通批次的试剂盒对测定结果的变异系数应 \leq 12%							未测	--
批内差	同一批次的试剂盒对测定结果的变异系数应 \leq 7%							√	符合
稳定性	37℃破坏性实验后	检测1管标准品，为阳性结果					√	符合	
结论	符合科研试剂标准，可出售。								
检验人	徐凤莲	日期	240909	复核人	任小强	日期	240909		
批准人	崔江涛	日期	240909	签发	刘霄红	日期	240909		

