

产品检验报告

Product Test Report

产品名称：标准兔血清

报告日期：2023.12.29

货号：TX4109D

有效期：5 年

项目	检验方法	血清标准	检验结果
无菌检验	培养法	阴性	阴性
PH	酸度计法	7.0-8.5	7.65
支原体	培养法	阴性	阴性
总蛋白	双缩脲法	3.5-5.0%(w/v)	4.9%(w/v)
血红蛋白	紫外分光光度计法	≤0.05%(w/v)	<0.05%(w/v)
内毒素	凝胶法	≤30EU/ml	<30 EU/ml
备注	1. 本品经进口优质微孔滤芯 0.1 μ m 除菌过滤，在-15℃至-25℃条件下保存。 2. 本产品最好采用逐步解冻法，解冻过程中可随时轻摇，使温度和血清成份均匀。		

检验员:刘梅

复核员:刘兵

时间：2023 年 12 月 19 日

